

Middelen	Huidige product of vergelijkbaar (wat gebruik je nu/ wat is de standaard in de markt)	Specifieke eisen
FFP2-maskers	1862 FFP2/IIR	NEN-EN 149 aanvullend NEN-EN 14683 (IIR) of vergelijkbare ASTM
FFP1-maskers	1861MD FFP1	NEN-EN 149 of vergelijkbare ASTM
buiten de reikwijdte		
Chirurgische maskers	1818 1818FS 1835 1835FS 2115-50	Voor OK's, type II (niet spatbestednig), met straps, zonder spatscherm, NEN-EN 14683 of vergelijkbare ASTM Voor OK's, type II (niet spatbestednig), met straps, met spatscherm, NEN-EN 14683 of vergelijkbare ASTM

		Voor OK's, type IIR (spatbestednig), met straps, zonder spatscher, NEN-EN 14683 of vergelijkbare ASTM Voor OK's, type IIR (spatbestednig), met straps, met spatscher, NEN-EN 14683 of vergelijkbare ASTM Voor IC's, type IIR (spatbestendig), oorelastieken, zonder spatscher, NEN-EN 14683 of vergelijkbare ASTM
--	--	--

buiten de reikwijdte

